


چک لیست



تاریخ تنظیم: 1401/10/14	دسته بندی چک لیست: ارزیابی وضعیت ایمنی (ایمنی تجهیزات)	نوع سند: چک لیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز-اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تعداد صفحات چک لیست: 1	تعداد سوالات چک لیست: 12	شماره چک لیست در پلتفرم: 10053

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه‌ها، افراد در خصوص بهره‌برداری ایمن و بهینه آموزش‌های لازم را از طریق مراجع ذیصلاح کسب می‌نمایند؟	
2	آیا نگهداری و سرویس دوره‌ای کلیه تجهیزات انجام می‌گیرد؟	
3	آیا قبل از سرویس و تعمیر، آلودگی زدایی دقیق از کلیه دستگاه‌ها به عمل می‌آید؟	
4	آیا کلیه دستگاه‌ها به صورت دوره‌ای توسط افراد ذیصلاح کالیبره می‌گردند؟	
5	آیا کلیه تجهیزات گرمای آزمایشگاهی به ترموستات، فیوزهای پشتیبان، در موارد لزوم درب‌های قفل شونده و همچنین عایق حرارتی مناسب مجهز می‌باشند؟	
6	آیا کلیه سیستم‌های حرارت‌زایی که در روند کاری تولید گاز می‌نمایند جهت تخلیه گازهای ایجاد شده مجهز به سیستم تهویه مناسب بوده و یا داخل هود قرار می‌گیرند؟	
7	آیا وسایل گرمازا در فاصله مناسب از دکتورهای حرارتی قرار می‌گیرند؟	
8	آیا محل استقرار دستگاه اُتو کلاو و حتی المقدور توسط اتاقکی از سایر تجهیزات آزمایشگاه مجزا شده است؟	
9	آیا قفل، فشارسنج و دماسنج اُتو کلاو به صورت روزانه کنترل می‌شود و از قرار دادن مواد شیمیایی و آتش‌زا در آن خودداری می‌گردد؟	
10	آیا کلیه دستگاه‌های گرمازا در مکان مقاوم به حرارت و دور از تجهیزات حساس به حرارت قرار گرفته‌اند؟	
11	آیا لوازم شیشه‌ای قبل از استفاده، از نظر وجود شکستگی و ترک مورد بازرسی قرار می‌گیرند؟	
12	آیا لوازم شیشه‌ای شکسته یا غیر قابل استفاده در محفظه‌ای مجزا و مقاوم جمع‌آوری می‌شوند؟	